

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2018

O Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR, torna público aos interessados no Processo de Licitação na modalidade **Pregão nº 09/2018**, que tem por objeto a implantação de registro de preços para aquisição de materiais de treinamento para o NEI – Núcleo de Educação Itinerante do SAMU 192 Sudoeste do Paraná, utilizando verba oriunda de Destinação de Valores da Justiça Federal referente ao Processo Administrativo n.º 5002550-48.2017.4.04.7012/PR, que após análises, ocorreram as seguintes alterações na descrição dos itens do edital, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

Item	Qtd	Unid.	Descrição	Preço Máximo Unitário R\$	Preço Máximo Total R\$
1	4,00	UN	Desfibrilador de treinamento - O Desfibrilador Externo Automático de Treinamento da Skill medical tem a função de choque elétrico analógico, não fornecer alta tensão, para garantir a segurança da utilização do processo. É Similar ao Desfibrilador Externo Automático Real. Software de Treinamento em Português. Indicações Correta da Posição dos Eletrodos. Possibilidades de conectar um alto-falante externo. Ajustes de volume e função de pausa. Possui 10 cenários de situações instalados (selecionados inclusive pelo controle remoto), simulando. Condições diferentes de casos de parada cardíaca. Atende às Diretrizes da AHA 2015. Fonte de Alimentação de Energia DC Bivolt. Também Opera com Bateria. Seletor de Cenários. Avanço ou Retrocesso do Seletor de Cenários. Início da Simulação. - Pausa na Simulação. Pré-conexão (ativação da chave). Teste de Irregularidade com a conexão dos eletrodos. Simulador de conexão correta dos eletrodos. Simulador de Movimento. Simulador de ritmo passível de choque. Simulador de um ritmo não passível de choque. Simulador de Função semi ou Totalmente automático. Simulador de Bateria Baixa com carga baixa. Simulador de erros.	1.623,46	6.493,84
2	4,00	UN	Manequim Torso - Adulto - para Treino RCP com Luzes de Controle Modelo para treino de RCP de meio torso permite treinamento de abertura das vias aéreas, manobras torácicas e respiração artificial. Acompanha dispositivo para indicar a correta aplicação da técnica. - Simulação da abertura das vias aéreas, aviso da posição e força da compressão exercida. Indicador de luz direito: indica posição errada. Indicador de luz apropriado de da força, indicador da luz não apropriado da força. Indicação do Volume da exalação. Modalidade: somente para o treinamento. Inspeção da pupila: normal e dilatada. Pulsação de artéria cervical.	1.579,33	6.317,32

LEIA-SE:

Item	Qtd	Unid.	Descrição	Preço Máximo Unitário R\$	Preço Máximo Total R\$
1	4,00	UN	Desfibrilador de treinamento - Desfibrilador Externo Automático de Treinamento, função de choque elétrico analógico, não fornecer alta tensão, para garantir a segurança da utilização do processo. Similar ao Desfibrilador Externo Automático Real. Software de Treinamento em Português. Indicações Correta da Posição dos Eletrodos. Possibilidades de conectar um alto-falante externo. Ajustes de volume e função de pausa. Possuir no mínimo 3 cenários de situações instalados. Condições diferentes de casos de parada cardíaca. Atende às Diretrizes da AHA 2015. Fonte de Alimentação de Energia DC Bivolt. Também Opera com Bateria. Seletor de Cenários. Avanço ou Retrocesso do Seletor de Cenários. Início da Simulação. - Pausa na Simulação. Pré-conexão (ativação da chave). Teste de Irregularidade com a conexão dos eletrodos. Simulador de conexão correta dos eletrodos. Simulador de Movimento. Simulador de ritmo passível de choque. Simulador de um ritmo não passível de choque. Simulador de Função semi ou Totalmente automático. Simulador de Bateria Baixa com carga baixa. Simulador de erros.	1.623,46	6.493,84

2	4,00	UN	Manequim Torso - Adulto - para Treino RCP com Luzes de Controle Modelo para treino de RCP de meio torso permite treinamento de abertura das vias aéreas, manobras torácicas e respiração artificial. Acompanha dispositivo para indicar a correta aplicação da técnica. - Simulação da abertura das vias aéreas, aviso da posição e força da compressão exercida. Indicador de luz direito: indica posição errada. Indicador de luz apropriado de da força, indicador da luz não apropriado da força. Indicação do Volume da exalação. Modalidade: somente para o treinamento.	1.579,33	6.317,32
---	------	----	--	-----------------	-----------------

A especificação passa a fazer parte do edital, sendo que a partir desta data deve ser levada em consideração para elaboração da proposta e entrega do objeto.

As demais cláusulas e condições do instrumento convocatório permanecem inalteradas.

Diante das alterações, fica transferida a sessão pública para às **09h00min do dia 17 de Abril de 2018**, através do COMPRASNET.

Pato Branco, 29 de Março de 2018.

Adriano Luiz Zini
Pregoeiro do CIRUSPAR