

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019

O Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR, torna público aos interessados no Processo de Licitação na modalidade *Pregão nº 06/2019*, que tem por objeto a implantação de registro de preços para aquisição de equipamentos cardioversor e bomba seringa, e acessórios para cardioversor para utilização do SAMU 192 Sudoeste/PR, que após análises, ocorreram as seguintes alterações no edital:

ONDE SE LÊ: “oximetria de pulso de baixa perfusão (masimo ou nellcor)”.

LEIA-SE APENAS: “oximetria de pulso de baixa perfusão”.

ONDE SE LÊ: “Módulo DEA: com entrega de energia entre 50 J e 200 J , escalonável (100 – 150 – 200).”

LEIA-SE: “Módulo DEA: com entrega de energia entre 50 J e 200 J, com utilização de pás adultas ou pediátricas.”

ONDE SE LÊ: “Impressora térmica: para registro com acionamento automático e manual em rolo de papel convencional: aproximadamente 50 mm (largura) x 30 m (comprimento máximo).”

LEIA-SE: “Impressora térmica: para registro com acionamento automático e manual em rolo de papel convencional: com *aproximadamente* 50 mm (largura)”.

As especificações passam a fazer parte do edital, sendo que as demais cláusulas e condições do instrumento convocatório permanecem inalteradas.

O certame terá sua data de abertura *alterada para às 09:00 horas do dia 25/04/2019*, uma vez que as retificações podem alterar as condições de formulação da proposta.

Pato Branco, 08 de Abril de 2019.

Adriano Luiz Zini
Pregoeiro do CIRUSPAR